

Pregão Presencial N° 2021.07.09.002

Assunto: Esclarecimentos ao Edital

Solicitante: UNIVEN

O Pregoeiro do Município de Boa Viagem-CE vem responder ao questionamento enviado pela empresa UNIVEN, referente ao edital do Pregão Presencial nº 2021.07.09.002, que tem por objeto a "Aquisição de aparelho de radiografia, impressora a laser para radiologia, aparelho de digitalização de radiografia e veículo tipo ambulância, conforme emendas nº 27020002, 26990023 e 37540007 com o Ministério da Saúde, para atender as necessidades do Hospital, junto a Casa de Saúde Adília Maria do Município de Boa Viagem/CE".

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

Referente ao pregão eletrônico acima mencionado, no item 03. No formato de cassetes o órgão acabou utilizando o formato de FILMES e não de cassetes, poderia confirmar quais tamanhos o órgão necessita para atender sua necessidade?

Outra questão é que não solicita cassetes 35x84 que é para long view. (colunão)

Cuidando o tema de matéria de ordem técnica, foi solicitado parecer do setor competente, que apresentou a seguinte conclusão:

Tel.: 88 3427.7001 - 9 8168.1714 | E-mail: pmbv oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



Em relação ao questionamento do tamanho dos cassetes, os tamanhos colocados no edital são os disponíveis no mercado em pesquisa feita com algumas marcas de aparelhos de raios-x, em relação ao tamanho sugerido não se faz necessário no momento devido aos tipos mais frequentes de radiografia não incluir coluna total.

É o que temos a expor e concluir.

Boa Viagem/CE, 27 de julho de 2021.

Willamys Carneiro/Carvalho

Pregoeiro

Tel.: 88 3427.7001 - 9 8168.1714 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br





PARECER TÉCNICO

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO UNIVEN. PREGÃO ELETRONICO N° 2021.07.09.002

Em relação ao questionamento do tamanho dos cassetes, os tamanhos colocados no edital são os disponíveis no mercado em pesquisa feita com algumas marcas de aparelhos de raios-x, em relação ao tamanho sugerido não se faz necessário no momento devido aos tipos mais frequentes de radiografia não incluir coluna total.

Boa Viagem/CE, 27 de julho de 2021.

Rafael Cavalcante de Sousa Secretaria de Saúde